

广西云龙招标集团有限公司关于教学实验设备采购项目（项目编号：  
GXZC2017-G1-11404-GXYL）  
招标文件更正公告（二）

一、采购项目名称：教学实验设备采购

二、采购项目编号：GXZC2017-G1-11404-GXYL

三、采购人名称：桂林理工大学

地址：桂林市建干路 12 号 联系人及电话：乐上旺 0773-5895090

四、采购代理机构名称：广西云龙招标集团有限公司

地址：广西桂林市中山北路 25 号 3 楼 项目联系人：蒋艳梅 联系电话：  
0773-2887388

五、首次公告日期：2017 年 9 月 15 日

六、更正日期：2017 年 10 月 13 日

七、现对招标文件部分内容做出如下更正：

（一）C 分标“项目要求及技术需求”中：

1. 第 2 项号产品“机械搅拌”：

①第 6 条技术需求原为：“转速显示：液晶显示”；

现更正为：“转速显示：液晶显示或数码显示”。

②取消“参考品牌：瑾炫 JXS-120JC、大龙 OS40-S、标模 JB450-D 或同等及以上档次”。

2. 第 12 项号产品“真空泵（油泵）”第 2 条技术需求原为：“功率：0.25（kw）”；

现更正为：“功率：≥0.25（kw）”。

3. 第 20 项号产品“荧光分光光度计”参考品牌原为：“棱光 F98, 港东 F-380, 西派特 HF-FS710 或同等及以上档次”；

现更正为：“棱光 F98、生元 F-6000A、格瑞特 K-116S 或同等及以上档次”。

4. 第 21 项号产品“冰柜（血液冰箱）”：

①第 2 条技术需求原为：“容积：658L”；

现更正为：“容积≥600L”。

②第 3 条技术需求原为：“外部尺寸：≤1220\*648\*1885（宽\*深\*高 mm）”；

现更正为：“外部尺寸：约 1220\*648\*1885（宽\*深\*高 mm）”。

③第 4 条技术需求原为：“内部尺寸：≤1100\*454\*1325（宽\*深\*高 mm）”；

现更正为：“≤1190\*580\*1800（宽\*深\*高 mm）”。

④第 6 条技术需求原为：“功率：364W”；

现更正为：“≥360W”。

⑤第 12 条技术需求原为：“血袋储存数（450ml）：360”；

现更正为：“血袋储存数（450ml）≥320”。

⑥取消“参考品牌：中科都菱 MBC-4V658, 澳柯玛 XC-660, 海尔 HXC-608 或同等及以上”。



上档次”。

5. 第 22 项号产品“实验夹具”参考品牌原为：“亚华 Grav，宏阳 HY-80，科多 MKD 或同等及以上档次”；

现更正为：“亚华 Grav、天一萃取科技 TYH-01、林海仪器 J-K1 或同等及以上档次”。

(二) D 分标“项目要求及技术需求”中：

1. 第 7 项号产品“电子天平”：

①取消第 2 条技术需求中“支持 15 种语言”的技术需求要求。

②参考品牌原为：“梅特勒型号：ME240TE、赛多利斯型号：Secura224-1CN、普利赛斯型号：EP220A 或同等及以上档次”；

现更正为：“梅特勒托利多、奥豪斯、赛多利斯或同等及以上档次”。

(三) 时间更正：

1. C、D 分标投标截止时间、开标时间、投标保证金到达指定账户截止时间、投标文件包装封面上注明时间现更正为：“2017 年 10 月 30 日上午 10 时 00 分”。

2. 投标人信用查询起止时间现更正为：“2014 年 10 月 30 日至投标截止时间”。

3. 投标文件递交起止时间现更正为：“2017 年 10 月 30 日上午 9 时 00 分~10 时 00 分”。

八、更正理由： 应采购人来函要求

招标文件涉及以上内容相应更正，其他内容不变。

特此公告

广西云龙招标集团有限公司

2017 年 10 月 13 日